

Erratum

Sohn

Kursbuch Dopplersonografie in Gynäkologie und Geburtshilfe, 2. Auflage

ISBN: 978-3-13-115362-3

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie auf die Korrektur eines Fehlers in den Legenden der Abbildungen 14.8b und 14.9a (S. 139) hinweisen. Richtig muss es heißen:

- Abb. 14.8b Die PRF ist zu tief gewählt, sodass die Hüllkurve abgeschnitten und der Rest am Gegenrand dargestellt wird.
- Abb. 14.9a Die PRF ist zu hoch gewählt, sodass nur die systolische Spitzenperfusion zur Darstellung kommt.

Wir bedauern diese Fehler und bitten um Beachtung

Ihr

Georg Thieme Verlag

