

Erratum

Spies C, Francis R, Kastrup M, Kerner T, Melzer-Gartzke C, Zielke H, Kox W

SOPs in Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage

ISBN 978-3-13-243250-5

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie auf die Korrektur eines Abschnitts in Kapitel 7.16.1 „Karotis-Thrombarteriektomie“, unter der Überschrift „Besonderheiten“ (Seite 234, linke Spalte) hinweisen. Richtig muss es heißen:

Besonderheiten

- **vor Einleitung und nach Ausleitung Neurostatus durch Saalanästhesisten und Dokumentation im PDMS**
- gute Kommunikation mit Chirurgen halten
- **den Blutdruck während des Clampings 20% über der Ausgangsmessung halten (Abklemmzeit dokumentieren)**
- während des Clampings gelten SSEP-Amplitudenreduktion > 50% und Latenzverlängerung >10% als Indikation für eine Shuntanlage (vgl. mit SSEP vor Clamping)
- Heparinisierung nach Ansage durch Operateur intraoperativ vor Karotis-Clamping (**typischerweise 5000 I.E. Heparin oder in Ausnahmefällen Ziel-ACT-gesteuerte Antikoagulation**)
- im Ausnahmefall: Antagonisierung mit Protamin in äquivalenter Dosis vorbereiten, langsam per Spritzenpumpe nach Ansage durch Operateur (NW: Blutdruckabfall, pulmonale Hypertonie, Rechtsherzversagen)
- Kontrollen der ACT (Activated Clotting Time) vor und nach Heparingabe, sowie nach Antagonisierung der Heparindosis (ACT: Normwert 120–140s)
- Kopf und Arm der zu operierenden Seite sind intraoperativ nicht zugänglich
- Normoglykämie erzielen
- postoperativ ist eine schnelle neurologische Beurteilbarkeit erwünscht
- **bei problemlosem intraoperativen Verlauf Start Heparin-Spritzenpumpe 500 I.E./h ab OP-Ende**

Cave



2 % perioperativ relevante kardiale Ischämien.

Bitte beachten Sie insbesondere die ergänzten fettgedruckten Textteile.

Wir bedauern diesen Fehler und bitten um Beachtung

Ihr

Georg Thieme Verlag



Erratum

Spies et al.

SOPs in Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie. 2. Auflage

ISBN 978-3-13-243250-5

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie auf die Korrektur eines Fehlers in der Tabelle (S. 423) hinweisen.
Richtig muss es heißen:

Spalte Laufrate

- Adrenalin:
 - > 10 kgKG: $0,3 \text{ ml/kgKG/h} = 0,1 \text{ } \mu\text{g/kgKG/min}$
 - < 10 kgKG: $1 \text{ ml/kgKG/h} = 0,1 \text{ } \mu\text{g/kgKG/min}$
- Noradrenalin:
 - > 10 kgKG: $0,3 \text{ ml/kgKG/h} = 0,1 \text{ } \mu\text{g/kgKG/min}$
 - < 10 kgKG: $1 \text{ ml/kgKG/h} = 0,1 \text{ } \mu\text{g/kgKG/min}$

Wir bedauern diesen Fehler und bitten um Beachtung.

Ihr
Georg Thieme Verlag

